

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ)

ปริมาตรระบบออกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
จำนวน ๑ คัน

เทศบาลตำบลลูกดประเทศไทย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลลูกดประเทศไทย ได้จัดตั้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภท ครุภัณฑ์ยานพาหนะและชนส่ง เพื่อ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบออกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คันฯ ละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เทศบาลตำบลลูกดประเทศไทย มีพื้นที่ในความรับผิดชอบ จำนวน ๒๑ หมู่บ้านและในปัจจุบันไม่มีอุปกรณ์และ เครื่องมือช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องสูญเสียชีวิต อย่างไร หรือเกิดความบกพร่องในการทำงาน ของอวัยวะที่สำคัญ รวมทั้งทำให้การบาดเจ็บหรืออาการป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร ผู้ป่วยต้องได้รับการคุ้มครอง สิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม มีคุณลักษณะและได้มาตรฐานโดยได้รับความ ช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพและทันเหตุการณ์ และสามารถนำส่งผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่าง ปลอดภัย

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกห้ามไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทั้งงานและได้แจ้งเรียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดารือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลลูกดประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า�ั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๑. คุณสมบัติอื่นตามที่กำหนดในขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ฯ ข้อ ๑ ที่แนบท้ายประกาศ

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถประจำ) แบบท้ายนี้

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๒

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรือส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบพัสดุภายนอกใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา พร้อมทั้งดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญากับกรรมการขนส่งทางบกตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมทั้งป้ายทะเบียนรถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่เทศบาลตำบลลูกดประเทศไทย และกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา

๗. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ประจำ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถประจำ) ปริมาตรรถบรรทุกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอของผู้เสนอราคาก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้ยกเว้นการตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้รับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขดังนี้
๑. กรณีที่ได้รับความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลลูกดประเทศไทยได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ค่าปรับ

ค่าปรับคิดในอัตรา ๐.๒๐ ของราคาก่อให้เกิดความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

๑๑. หลักประกันสัญญา

ต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาก่อให้เกิดความชำรุดตามสัญญา gammob ให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

สำนักปลัดเทศบาลตำบลลูกดประเทศไทย

หมายเหตุ

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ เทศบาลตำบลกุดประทาย อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โทร ๐๔๔-๒๕๒๙๗๓ หรือทางเว็บไซต์หน่วยงาน <http://www.kudprathay.go.th> หรือเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง <http://www.gprocurement.go.th>

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย อัคโข)

ปลัดเทศบาลตำบลกุดประทาย

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสรพงษ์ พันธ์สกุล)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขานุการ

สิบเอก

(อนพงศ์ บัวดก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน

๑. คุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถระบบ) ปริมาตรระบบทอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน รายละเอียดและคุณลักษณะเป็นไปตามบัญชีรายการมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
ราคากลาง ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
- ๑.๑ ความต้องการ รถยนต์ระบบต่อเติมหลังคาไฟเบอร์กลาสทรงสูง สำหรับให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วย โดยมี อุปกรณ์ สำหรับการดูแลผู้ป่วยระหว่างการส่งต่อ
- ๑.๒ วัสดุประสนค์ สำหรับส่งต่อผู้ป่วยและดูแลผู้ป่วยระหว่างส่งต่อ
- ๑.๓ ความต้องการจำเพาะ
- ๑.๓.๑ รถระบบพยาบาลที่สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพในการรับ-ส่ง ผู้ป่วย
- ๑.๓.๒ สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งต่อที่ต้องการการดูแลตามมาตรฐานรถพยาบาลทั่วไป
- ๑.๓.๓ มีเครื่องมือสื่อสารเป็นวิทยุคมนาคมแบบ VHF/FM ขนาด ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์โดยใช้ความถี่ หลักของทางราชการ
- ๑.๓.๔ มีตัวอักษร สัญลักษณ์ที่มองเห็นง่าย และมีสัญญาณไฟและเสียงที่สมบูรณ์ สามารถให้ความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
- ๑.๔ คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น ๒ หมวด ดังนี้คือ
- หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
- หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์
- หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์ มีรายละเอียดดังนี้
๑. คุณลักษณะทั่วไป
- ๑.๑ เป็นรถยนต์ระบบสีขาวแบบตอนเดียว (Single Cab) ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตตัวรถยนต์สภาพใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีตัวรถและเครื่องยนต์จากผู้ผลิตเดียวกัน
- ๑.๒ ตอนหน้าเป็นหัวเกนั่งได้ ๒ คน(รวมคนขับ) มีกระจกนักรถหลังแบบบานเลื่อนติดต่อกันได้มีเข็มขัดนิรภัยแบบ ๓ จุด จำนวน ๒ ที่นั่ง
- ๑.๓ กระจกต้องเป็นแบบนิรภัยทั้งหมด ตัวรถจะที่อยู่รอบนอกติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน แบบสามารถปองกันรังสี UV ได้ ข้างหน้า ๒ ข้างด้านคนขับให้ความทึบแสง ๙๐% ยกเว้นกระจกบังลมหน้าติดฟิล์มแบบทึบแสง ๘๐% เนพะส่วนบนมีขนาด ๑๕ ซม. ด้านห้องกระ腴พยาบาลมีความทึบแสง ๘๐%
- ๑.๔ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศเป็นคูลเย็นห้องละ ๑ จุด ซึ่งเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน สามารถแยกควบคุมเครื่องปรับอากาศได้ โดยเครื่องปรับอากาศหลังมีสวิทช์ควบคุมเปิด-ปิด ที่ห้องคนขับอีกชั้นหนึ่ง ตู้จ่ายลมแอร์หลังแบบแขวนพ่นลมไปด้านห้ายรถมีสวิทช์ควบคุมกำลังลมที่ตัวเครื่อง
- ๑.๕ ในห้องคนขับติดตั้งวิทยุ ระบบ CD, MP3 พร้อมลำโพง ๑ คู่ (มาตรฐานตัวรถยนต์)
- ๑.๖ มีแผ่นบังแดดกระจกจากด้านหน้าซ้ายขวาด้านละ ๑ อัน
- ๑.๗ ห้องคนขับมีประตูเปิดปิดทั้งด้านซ้ายขวา มีกุญแจล็อคได้ และกระจกแบบไฟฟ้า
- ๑.๘ ห้องพยาบาลเป็นหลังคาไฟเบอร์ทรงสูง ประตูด้านหลังเปิดปิดแบบบานคู่ เปิดออกด้านข้างพร้อมระบบล็อคและกุญแจอย่างดีมีความสูงจากขอบกระถังหลังคามีน้อยกว่า ๘๕ ซม. ได้มาตรฐาน ISO
- ๑.๙ ติดตั้งวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์

- ๑.๑๐ มีชุดโคมไฟฉุกเฉินฝ้าใส่ด้านซ้ายให้แสงสีน้ำเงิน ด้านขวาให้แสงสีแดง แบบแคลวยาชนิดเรียบ สูงไม่เกิน ๓ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ นิ้ว ประกอบด้วยโคมไฟกระพริบแบบหลอดLED แบบเป็นชุดไม่น้อยกว่า ๙ ชุด มีสวิทซ์ควบคุมเลือก แสงแบบ ๑๐๐% และแบบ ๕๐% เป็นผลิตภัณฑ์ สหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรป
- ๑.๑๑ ติดตั้งชุดกำเนิดเสียงใช้เรนให้เสียงแตกต่างได้ไม่น้อยกว่า ๕ เสียง ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์
- ๑.๑๒ ติดตั้งไฟกระพริบฉุกเฉิน แบบหลอด LED รอบตัวรถถนต์ จำนวน รวม ๘ ดวง ให้แสงสีแดง จำนวน ๔ ดวง และแสงสีน้ำเงิน จำนวน ๔ ดวง โดยติดตั้ง ๒ ดวงที่กระจังหน้ารถ , ๔ ดวงที่ด้านข้างซ้ายขวา ตอนบนของห้องพยาบาลและอีก ๒ ดวง ที่ฝาประตูท้าย รวมทั้งติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์แบบปรับก้ม เงยได้ใช้หลอด LED ด้านข้างซ้ายขวาข้างละ ๒ ดวงและในห้องพยาบาลด้านท้ายอีก ๑ ดวง
- ๑.๑๓ ติดตั้งกันชนท้ายแสดงเลข สำหรับขึ้นลง โดยด้านบนปูด้วยแสดงเลขกันลื่นด้วย จำนวน ๑ อัน
- ๑.๑๔ มีตู้เซฟภัณฑ์ สำหรับใส่อุปกรณ์ปฐมพยาบาลและยา จำนวน ๑ ตู้
- ๑.๑๕ มีเก้าอี้นั่งยาวพร้อมพนักพิงและเข็มขัดนิรภัยแบบ ๒ จุด จำนวน ๑ ตัว โดยออกแบบให้ตอนล่างเป็นที่เก็บของได้
- ๑.๑๖ พื้นห้องพยาบาลปูด้วยไม้อัดซีเมนต์ไม่มีช่องหาน้ำไม่น้อยกว่า ๖ มม. และปูทับด้วยอลูมิเนียมลายกันลื่น
- ๑.๑๗ ติดตั้งกล้องบันทึกด้านหน้าและกล้องมองภาพด้านหลัง

๒. อุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ

- ๒.๑ ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานสามารถยกน้ำหนักได้ ๓ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๓ ประจำรถอุดล้อ จำนวน ๑ อัน
- ๒.๔ เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประจำรถด้วย
- ๒.๔.๑ ประจำปากตาย หวานข้าง เบอร์ ๘ - ๒๔ จำนวน ๑ ชุด
- ๒.๔.๒ ไขควงทั้งปากบนและแยก จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๔.๓ คีมรรมดา จำนวน ๑ อัน
- ๒.๔.๔ ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น จำนวน ๑ ใบ
- ๒.๔.๕ ผ้ายางปูพื้นห้อง คนขับ จำนวน ๒ แผ่น
- ๒.๕ เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า จำนวน ๒ ชุด
- ๒.๖ หนังสือคู่มือประจำรถ จำนวน ๑ เล่ม
- ๒.๗ การบำรุงรักษาพรีภายในระยะทางหรือเวลาที่บริษัทฯผู้แทนจำหน่ายกำหนด
- ๒.๘ อุปกรณ์ที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา

๓. คุณสมบัติทางเทคนิคตัวรถถนต์

- ๓.๑ ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลชนิด ๔ สูบ ๔ จังหวะระบบความร้อนด้วยน้ำปริมาตรความจุ กระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซี.ซี. หรือไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ระบบนำมันเชื้อเพลิงเป็นแบบ Common rail และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผู้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- ๓.๒ ระบบส่งกำลัง
- คลัทช์เป็นแบบชนิดแห้งแห่นเดียวควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก
 - เกียร์ เป็นแบบเกียร์กระปุกประกอบด้วยเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- ๓.๓ ระบบพวงมาลัยเป็นแบบแรคแอนด์พีเนี่ยนซ่อมควบคุมขับเคลื่อนทางด้านขวาพร้อมเพาเวอร์ซ่วย

๓.๔ ระบบห้ามล้อแบบไฮดรอลิกแยก ๒ วงจร

- ล้อหน้าเป็นแบบดิสเบรก
- ล้อหลังเป็นแบบดรัมเบรกพร้อมหม้อลมช่วยเบรก

๓.๕ ระบบกันสะเทือน

- ล้อหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยล์สปริง หรือ ทอร์ชั่นบาร์
- ล้อหลังเป็นแบบแนบพร้อมโซ่ค้อพช่วยทึ้ง ๔ ล้อ

๓.๖ ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท์ ๖๕ แอม培ร์ต่อชั่วโมง

๓.๗ ล้อแม็กขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว ยางเป็นแบบเรเดียล ขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต ทึ้ง ๔ ล้อ
๓.๘ ความยาวช่วงล้อระหว่างล้อหน้าและล้อหลังไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร

๔. กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ

- ชนิดกระจกบานเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถถอดได้จากห้องคนขับรถ

๕. รายละเอียดของไฟฉุกเฉินพับเก็บได้ ไฟกระแสตรง ๓V. DC

๖. ราวยับด้านข้างประตู สแตนเลส

๖.๑ ราวยับข้างประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น-ลง จากภายในห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกขณะปฏิบัติหน้าที่

๖.๒ ราวยับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงา ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อแรงกดกร่อน

๖.๓ มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ซม.

๖.๔ ชุดท่อเมืองจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับบ้านสแตนเลสสตีล

๗. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล

- นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ

๘. ถังดับเพลิง ขนาด ๕ ปอนด์

๙. อุปกรณ์ภัย จำนวน ๑๒ รายการ

๙.๑ กรวยจราจร	จำนวน ๒ อัน
๙.๒ ไฟฉาย	จำนวน ๒ อัน
๙.๓ เสื้อสะท้อนแสง	จำนวน ๒ ตัว
๙.๔ เทปกันจารจ	จำนวน ๑ ม้วน
๙.๕ นกหวีด	จำนวน ๒ อัน
๙.๖ ถุงมืออนามัย	จำนวน ๒ คู่
๙.๗ ถุงขยะติดเชือ	จำนวน ๑ แพ็ค
๙.๘ ผ้ากันเปื้อน	จำนวน ๑ ผืน
๙.๙ รองเท้าบู๊ท	จำนวน ๑ คู่
๙.๑๐ หวานขนาดใหญ่	จำนวน ๑ อัน
๙.๑๑ คีมตัดเหล็ก	จำนวน ๑ อัน
๙.๑๒ ห่อ PVC และเชือกคล้องตัว	จำนวน ๑ อัน

หมวด (ข) คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ

๑. ครุภัณฑ์การแพทย์

๑.๑ มีเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น ๑ เตียง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑.๑ ตัวเตียงและโครงสร้างทำจากสแตนเล斯มีความแข็งแรงทนทาน

๑.๑.๒ แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจากโลหะปลอกสนิม

๑.๑.๓ สามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ องศา สามารถปรับจากเตียงนอนเป็นเก้าอี้เข็นได้โดยสามารถทำได้โดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว

๑.๑.๔ มีเบาะรองนอนพื้นที่รัดผู้ป่วยจำนวน ๒ เส้น

๑.๑.๕ มีที่เสียบเสาน้ำเกลือจำนวน ๑ เสา

๑.๑.๖ สามารถรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม

๑.๑.๗ เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการผลิตจาก (อย.) โดยแบบเอกสารมาในวัน
เสนอราคา

๑.๒ ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็บสำหรับผู้ใหญ่ ๑ ชุด และชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือเป็บสำหรับเด็ก ๑ ชุด
แต่ละชุดประกอบด้วย

๑.๒.๑ ถุงลมสำหรับบีบอากาศช่วยหายใจ ผลิตจากยางซิลิโคน จำนวน ๑ ชิ้น

๑.๒.๒ ถุงสำรองออกซิเจน จำนวน ๑ ชิ้น (Reservoir bag)

๑.๒.๓ หน้ากากครอบปากและจมูก จำนวน ๑ ชิ้น

๑.๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากสหราชอาณาจักรหรืออเมริกาหรืออุรuguay หรือประเทศไทยที่ได้รับ มาก.

๑.๓ เครื่องส่องกล้องเสียง (Laryngoscope) จำนวน ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

๑.๓.๑ หลอดไฟเป็นแบบ Halogen ตามถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นโลหะปลอกสนิม

๑.๓.๒ แผ่นส่องตรวจ (Blade) เป็นโลหะปลอกสนิมแบบหุ้มท่อไฟเบอร์อฟติกไว้ภายในโดยใช้ไฟ
เบอร์อฟติกเป็นตัวนำแสง จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด

๑.๓.๓ มีกล้องแข็งเก็บอย่างดีมีช่องแยกเป็นสัดส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น

๑.๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์จากสหราชอาณาจักรหรืออุรuguay หรือประเทศไทยที่ได้รับ มาก.

๑.๔ เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๑ ชุด โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

๑.๔.๑ ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๑๒ โวลท์

๑.๔.๒ มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด

๑.๔.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิบาร์

๑.๔.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุ ๑๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๑ ใบ

๑.๔.๕ มีสายดูด (Suction Tubing) ยาว ๑ เมตร

๑.๔.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยหรืออุรuguay หรือประเทศไทยที่ได้รับ มาก.

๑.๕ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จำนวน ๑ เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

๑.๕.๑ เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาล

๑.๕.๒ สามารถวัดความดันโลหิตได้จาก ๐ - ๓๐๐ มิลลิเมตรปอร์ท

๑.๕.๓ มีผ้าพันแขนสำหรับอัดลมผ้าพันแขน เป็นชนิดประติด (Velcro Fastener)

๑.๕.๔ สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing

๑.๕.๕ ลูกยางสำหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม

๑.๕.๖ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศไทยหรืออุรuguay หรือประเทศไทยที่ได้รับ มาก.

- ๑.๖ ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๖.๑ โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน
- ๑.๖.๒ ประกอบด้วยสายรัดแบบปะติด (Velcro)
- ๑.๖.๓ เป็นชนิดปรับระดับความยาวคือได้ ตามขนาดของชุดอุปกรณ์
- ๑.๖.๔ ส่วนหน้ามีช่องสำหรับการเจาะหลอดลม
- ๑.๖.๕ ใน ๑ ชุดมี ๓ ขนาด Size S , M , L อายุ่ละ ๑ อัน
- ๑.๖.๖ มีกระเพาผ้าในล่อนอย่างดี จำนวน ๑ ใบ สำหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด
- ๑.๖.๗ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือประเทศไทยที่ได้รับ มอก.
- ๑.๗ ชุดให้ Oxygen จำนวน ๒ ชุด เป็นระบบให้ Oxygen สำหรับใช้กับผู้ป่วย มีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้
- ๑.๗.๑ มีท่อออกซิเจนใหม่ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร น้ำว่างตั้งพร้อมอุปกรณ์ล็อกเพื่อให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงพร้อมตู้เก็บเรียบร้อยพร้อมอุปกรณ์ให้ออกซิเจน (Regulator + Flowmeter + Humidifier + Mask) ครบชุด จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๗.๒ มีชุดปรับลดความดันกําชออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก ๒,๐๐๐ PSI เป็น ๕๐ PSI จำนวน ๒ ชุด ติดตั้งกับปากท่อออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจากในรถได้สะดวก
- ๑.๗.๓ สายออกซิเจนที่ใช้ต้องเป็นสายที่ออกแบบมาใช้กับออกซิเจนโดยเฉพาะ มีสัญลักษณ์บอกที่ตัวสาย และเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ ยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือประเทศไทยที่ได้รับ มอก.
- ๑.๘ เก้าอี้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) จำนวน ๑ ตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๘.๑ เป็นเก้าอี้ทำด้วยโลหะมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ๑.๘.๒ ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบในล่อนอย่างดี สามารถล้างทำความสะอาดได้
- ๑.๘.๓ มีที่วางพักเท้า
- ๑.๘.๔ มีที่จับสำหรับยกเก้าอี้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้สะดวก
- ๑.๘.๕ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม
- ๑.๘.๖ น้ำหนักรวมไม่เกิน ๑๕ กิโลกรัม
- ๑.๙ อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) สำหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังติดอยู่ในชาร์ตหรือใช้ดามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่งแสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนลำตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ๑.๙.๑ ตัวเฟืองมีความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม. กว้างไม่น้อยกว่า ๘๐ ซม.
- ๑.๙.๒ มีเข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย ๓ เส้น แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา ๒ เส้น
- ๑.๙.๓ บริเวณศีรษะมีหามตามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคาดข้องูบادเจ็บให้ยึดติดกับตัวเฟืองได้
- ๑.๙.๔ มีหมอนสำหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง
- ๑.๙.๕ แสงเอ็กซ์เรย์สามารถผ่านได้
- ๑.๑๐ ชุดเฟอกลม (Vacuum splint set) จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๐.๑ มีไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด
- ๑.๑๐.๒ ทำงานด้วยการสูบลมออกเพื่อให้แข็งตัวและสามารถออกซิเจนได้โดยไม่ต้องถูกไฟฟ้า
- ๑.๑๐.๓ เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปหรือญี่ปุ่นหรือประเทศไทยที่ได้รับ มอก.

- ๑.๑๑ กระเบ้าสำหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน จำนวน ๑ ใน พร้อมหูฟัง จำนวน ๑ ชุด
- ๑.๑๒ ชุดแผ่นกระดาษรองหลังผู้ป่วย จำนวน ๑ ชุด มีคุณลักษณะดังนี้
- ๑.๑๒.๑ ทำด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ำได้
- ๑.๑๒.๒ มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า ๕ ซม. และหนักไม่เกิน ๗ กิโลกรัม
- ๑.๑๒.๓ สามารถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๙ กิโลกรัม
- ๑.๑๒.๔ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ และสามารถรับน้ำหนักขณะทำ CPR ผู้ป่วยได้
- ๑.๑๒.๕ มีสายรัดผู้ป่วยที่ปรับขนาด และมีอุปกรณ์ล็อกได้ จำนวน ๓ เส้น
- ๑.๑๓ ชุดล็อกศีรษะกับกระดาษรองหลัง (Head Immobilizer)
- ๑.๑๓.๑ สามารถใช้ล็อกศีรษะผู้บาดเจ็บได้อย่างมั่นคง โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม ๒ ชิ้น สำหรับประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจ็บและมีฐานรองสำหรับยึดติดกับแผ่นกระดาษรองหลัง
- ๑.๑๓.๒ ตัวก้อนโฟมทำจากโพฟองน้ำและภายนอกขุบ เคลือบด้วยโพลียูเลเทนเหลว หรือโพลีไวนิลคลอไรด์ ทั้งชิ้น ผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียวไม่มีรู รอยประรอยต่อ ที่จะทำให้ของเหลวซึมผ่านเข้าไปทำให้เกิดความหมักหมมภายในได้ โดยด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นรองหนามเตยแบบประติด (Velcro) สำหรับยึดติดกับตัวฐาน
- ๑.๑๓.๓ ฐานรอง มีสายรัดสำหรับรัดโดยรอบกับเปลตักชอนอย่างมั่นคงและแผ่นรองหนามเตยแบบประติด (Velcro Fastener) สำหรับยึดก้อนโฟม
- ๑.๑๓.๔ มีสายรัดจำนวน ๒ เส้น สำหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ
- ๑.๑๓.๕ ผิววัสดุไม่มีซึบของเหลวสามารถถอด แล้วทำความสะอาดได้ทั้งชิ้น
- ๑.๑๓.๖ แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้ ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ
- ๑.๑๔ ไม้ดามแขน-ขา
- ๑.๑๔.๑ ทำจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถถอด ทำความสะอาดได้ง่าย บ้องกันของเหลวซึมผ่านได้ บริจุในกระเบ้าร้อมหูทิวมีซิป
- ๑.๑๔.๒ ไม้ดามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๔ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร
- ๑.๑๔.๓ ไม้ดามแขน ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า ๘ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๗ เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า ๑ เซนติเมตร
- ๑.๑๕ ชุดเปลผ้าใบเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บชนิดพับได้ ๔ ท่อน
- ๑.๑๕.๑ เปลงนิดนี้โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ที่มีความแข็งแรงสูง ผ้าเปลทำจากผ้าใบถูกออกแบบให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย ใช้งานได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งง่ายต่อการทำความสะอาด ผ้าเชื้อโรคได้ง่าย
- ๑.๑๕.๒ เปลงนิดนี้มีด้ามจับ สามารถยกผู้ป่วยในที่เตียงแบบรถเข็นเข้ามาได้ หมายความว่าสามารถเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บนอกสถานที่ และสามารถพับได้เพื่อกีบลงกระเบ้าขนาดเล็ก
- ๑.๑๕.๓ รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก.

- ๑.๑๖ ชุดกล่องปฐมพยาบาล จำนวน ๑๙ รายการ
- ๑.๑๖.๑ ถังออกซิเจน ๒ ลิตรพร้อมอุปกรณ์
- ๑.๑๖.๒ เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ (Ambubag ผู้ใหญ่ ๑ , เด็ก ๑ พร้อมหน้ากาก)
- ๑.๑๖.๓ หูฟัง
- ๑.๑๖.๔ เครื่องวัดความดันโลหิต ชนิดออโตเมติก
- ๑.๑๖.๕ เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ ขนาด เล็ก, ใหญ่ (เบอร์ ๒, ๔, ๖ อย่างละ ๑ ชิ้น)
- ๑.๑๖.๖ สายดูดเสมหะ Size ๖" ๘" ๑๐" ๑๔" อย่างละ ๒ เส้น
- ๑.๑๖.๗ หน้ากากสำหรับทำ CPR
- ๑.๑๖.๘ ไฟฉาย
- ๑.๑๖.๙ ที่กดลิน พลาสติก หรือ สแตนเลส
- ๑.๑๖.๑๐ กรรไกร ๓ cm. , ๑๕ cm.
- ๑.๑๖.๑๑ คิมคีป
- ๑.๑๖.๑๒ ปืนห
- ๑.๑๖.๑๓ เทปแต่งแผล
- ๑.๑๖.๑๔ ผ้าก๊อตในของสูญญากาศ Size ๓" x ๓" , Size ๔" x ๑" อย่างละ ๓ ชุด
- ๑.๑๖.๑๕ เปตาเด็น
- ๑.๑๖.๑๖ ถุงมืออนามัย ๑ กล่อง
- ๑.๑๖.๑๗ ผ้าพันแผลยืดหยุ่น ๖" ขนาด ๒, ๔, ๖ อย่างละ ๒ ชิ้น
- ๑.๑๖.๑๘ พลาสเตอร์ยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)
- ๑.๑๖.๑๙ ที่หนีบสายสะอื้น จำนวน ๒ อัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคากำต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. บริษัทผู้ผลิตจะต้องได้รับอนุญาตจากการกรรมสิรรพสามิต ประเภทอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยมีใบทะเบียน สรรพสามิตมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา
๒. ผู้เสนอราคาต้องมีใบอนุญาตค้าเครื่องวิทยุคมนาคม จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ เพื่อแสดงว่าสามารถจำหน่ายวิทยุสื่อสารดังกล่าว ให้กับหน่วยงานราชการได้ ตามพระราชบัญญัติวิทยุ คมนาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ มาแสดง ณ วันที่เสนอราคา
๓. ชุดแผ่นกระดาษรองหลังผู้ป่วย ต้องผ่านการทดสอบการรับน้ำหนักได้จริง โดยแบบผลการทดสอบจาก กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือกระทรวงอุตสาหกรรม มาแสดง ณ วันที่เสนอราคา
๔. บริษัทที่ประกอบและตกแต่งโรงพยาบาลจะต้องได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ และ ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ โดยแบบแบบ รง ๔ หรือ แบบ อภ.๒ โดยใบอนุญาตระบุการต่อประกอบ รถยนต์ และโรงพยาบาลโดยตรง มาแสดง ณ วันที่เสนอราคา
๕. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตผู้ประกอบและตกแต่งโรงพยาบาลที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ ในขอบข่ายการรับรองการออกแบบและตกแต่งรถกู้ภัย รถพยาบาล และจำหน่ายอุปกรณ์กู้ภัยและ อุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรง โดยมีเอกสารมาแสดง ณ วันเสนอราคา
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารว่ารถพยาบาลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีสรรพสามิตและสามารถจด ทะเบียนเป็นรถพยาบาลได้ตามประกาศ โดยไม่เกิดปัญหาในวันส่งมอบ และมีเอกสารได้รับยกเว้นมาแสดง ณ วันที่เสนอราคา

เงื่อนไขเฉพาะ

๑. ผู้ขายรับประกันคุณภาพรถพยาบาลทั้งคันเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันส่งมอบรถหากเกิดความชำรุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติวิสัย (ยกเว้นอะไหล่ที่ต้องเสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ) ผู้ขายจะต้องดำเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อและเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาบังประกันดังกล่าวผู้ซื้อจะคืนหลักประกันโดยเร็ว

๒. ผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารแอดเดล์อคตัวแทนต์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาลมาเพื่อให้ผู้ซื้อมาพิจารณาและเอกสารอื่นๆ ที่เป็นหลักฐานที่ชัดเจน

๓. ในส่วนของอุปกรณ์การแพทย์กรณีที่เป็นสินค้าจากต่างประเทศ ให้แนบใบอนุญาตนำเข้า (อย.) มาในวันเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา

๔. ให้พั่นตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลลงกุḍประทาย บริเวณประตูด้านนอกห้องสองข้าง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และตัวอักษรซึ่งอัดเต็มของเทศบาลตำบลลงกุḍประทาย ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือซึ่งอยู่ขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร โดยพ่นสีที่สามารถเห็นง่ายและชัดเจนและพ่นรหัสครุภัณฑ์ของเทศบาลตำบลลงกุḍประทาย

๕. มีกรรมธรรมคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ ประเภท ๑ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ในวันส่งมอบ

๖. ผู้ขาย/ผู้เสนอรา飮จะต้องส่งมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ให้ผู้ซื้อก่อนการเบิกจ่ายเงิน โดยผู้ขาย/ผู้เสนอรา飮เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

๗. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถ อุปกรณ์ และส่วนควบของรถที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ผิดวิธี หรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ขายต้องเปลี่ยนหรือซ่อมให้ โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี หรือระยะทาง ๑๕๐,๐๐๐ กิโลเมตร สุดแท้แต่กรณีไหนจะถึงก่อนนับถ้วนจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบและต้องบริการตรวจสอบ (Service) บริการตรวจสอบสภาพรถตามช่วงเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง คือระยะ ๕,๐๐๐ กิโลเมตร ๑๐,๐๐๐ กิโลเมตร ๒๐,๐๐๐ กิโลเมตร ๒๕,๐๐๐ กิโลเมตร

๘. ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบงาน

๙. กระจากหน้าด้านบนติดชื่อ “กู้ชีพ เทศบาลตำบลลงกุḍประทาย” ตัวอักษรสีที่เห็นได้ชัดเจน

๑๐. กระจากหลังติดข้อความสะท้อนแสง เจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร.๑๖๖๙ ขนาดตามที่ สสจ.อุบลราชธานีกำหนด

๑๑. ใต้กระจากหลังติดชื่อหน่วยงานตัวอักษรสีน้ำเงินหรือสีขาวเห็นได้ชัดเจน

๑๒. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต์/ค่าจดทะเบียนตลอดจนค่าดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้อง จากรถชนส่งทางบก ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบอภิค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ซึ่งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง จะมาเรียกร้องจากเทศบาลตำบลลงกุḍประทายในภายหลังมิได้

๑๓. คุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน (ระบบ) ทุกรายการ ให้ผู้เสนอรา飮แสดงรายละเอียดหรือแอดเดล์อคเพื่อประกอบการพิจารณาในวันเสนอรา飮ด้วย

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายชาญชัย อั้กโข)

ปลัดเทศบาลตำบลลงกุḍประทาย

/ลงชื่อ.....

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายสรรพงษ์ พันธ์สิราก)

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(ลงชื่อ)

สิบเอก

กรรมการและเลขานุการ

(รุ่งพงศ์ บัวดก)

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย